

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель
испытательного центра
«Энергия плюс»

Н.П. Шандова

«27»

04

2010г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «НПО «Галатея»

А.Ю. Карпов

«27»

2010г.



НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

ХОДУНКИ НА КОЛЕСАХ ХК

Технические условия

ТУ 9396-023-42857341-2010

Введены впервые

Срок действия с «27» 04. 2010

~~до «27» 04. 2015~~

до 01.07.2025

2010

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.	Настоящие технические условия распространяются на ходунки на колесах ХК (далее «ходунки»), согласно перечню, приведенному в таблице 1: Таблица 1 <table border="1"> <tr> <th>Модель</th> <th>Тип конструкции</th> </tr> <tr> <td>ХК-010</td> <td>Жесткий</td> </tr> <tr> <td>ХК-011</td> <td>Шарнирный</td> </tr> <tr> <td>ХК-011Д</td> <td>Шарнирный</td> </tr> <tr> <td>ХК-012</td> <td>Жесткий</td> </tr> <tr> <td>ХК-015</td> <td>Жесткий</td> </tr> </table>					Модель	Тип конструкции	ХК-010	Жесткий	ХК-011	Шарнирный	ХК-011Д	Шарнирный	ХК-012	Жесткий	ХК-015	Жесткий
	Модель	Тип конструкции															
ХК-010	Жесткий																
ХК-011	Шарнирный																
ХК-011Д	Шарнирный																
ХК-012	Жесткий																
ХК-015	Жесткий																
Справ. №	Ходунки предназначены для дополнительной опоры при ходьбе людей с ограничениями жизнедеятельности массой до 120 кг. Ходунки предназначены для индивидуального применения. В зависимости от потенциального риска применения ходунки относятся к классу 1 по ГОСТ Р 51609. Ходунки изготавливаются в климатическом исполнении У1.1 по ГОСТ 15150, но для применения при температуре в диапазоне значений от плюс 40 до минус 40°С. Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ, приведен в Приложении А. Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для контроля изделий, приведен в Приложении В. Пример записи ходунка заказе и в документации на другие изделия: Ходунок ХК-012 ТУ 9396-023-42857341-2010.																
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата														
Инв. № подл.	Разраб.	Брежнев	1.04.10	ТУ 9396-023-42857341-2010 Ходунки на колесах ХК Технические условия Лит. А Лист 2 Листов 18 ООО «НПФ «Галатея»													
	Пров.																
	Н.контр	Музюкин	1.04.10														
	Утв.	Матвеев	1.04.10														

ОКП 93 9670

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель
ООО «Энергия плюс»



« 13 » _____ 2015 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «НПФ «Галатея»

А.Ю.Карпов
« _____ » _____ 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 42857341.01-15

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТУ 9396-023-42857341-2010

Ходунки на колесах ХК

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	

2015

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ООО «НПФ «ГАЛАТЕЯ»		ИЗВЕЩЕНИЕ 42857341.01-15		ОБОЗНАЧЕНИЕ ТУ 9396-023-42857341-2010		
ДАТА ВЫПУСКА		СРОК ИЗМ.			Лист	Листов
22.06.2015		01.07.2015			2	2
ПРИЧИНА		Продление срока действия				
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		Не отражается				

УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		_____				

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ		На применяемости не отражается				
РАЗОСЛАТЬ		_____				
ПРИЛОЖЕНИЕ		_____				
ИЗМ.		СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ				
1		Титульный лист Заменить «Срок действия до 27.04.2015» на «Срок действия до 01.07.2025» Внесение изменений произвести зачеркиванием.				
СОСТАВИЛ	Брежнев			Н.КОНТРОЛЬ	Музюкин	
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС						