

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
«ГАЛАТЕЯ»
(ООО НПФ «ГАЛАТЕЯ»)**

ОКП 93 9670 *ОКПД₂ 32.50.22.128*

Группа Р 23

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

«28»  Р.У. Хабриев
2006 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО НПФ «Галатея»

«28»  А.Ю. Карпов
2006 г.



КОСТЫЛИ ПОДМЫШЕЧНЫЕ

Технические условия
ТУ 9396-020-42857341-2006

Введены впервые

Дата введения
~~Срок действия~~
с 28.12.2006г.
до ~~28.12.2011г.~~
01.08.2018г.
Без ограничения срока действия

СОГЛАСОВАНО

Руководитель испытательного
центра «Энергия-Плюс»

«20»  Н.Г. Шандова
2006 г.



2006 г.

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
зарегистрирован каталожный лист
внесен в реестр 22.03.2007
за № 200/103003

Инт. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. Инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	

Перв. примен.

Настоящие технические условия распространяются на костыли подмышечные (далее – костыли, рисунок А.1), предназначенные для дополнительной опоры при ходьбе людей с ограничениями жизнедеятельности массой до 100 кг.

Костыли применяются в лечебно-профилактических, реабилитационных центрах, а также в повседневной жизни.

В зависимости от потенциального риска применения костыли относятся к классу 1 по ГОСТ Р 51609.

Костыли имеют код 12 03 12 по классификации ГОСТ Р 51079.

Костыли могут быть изготовлены деревянными (исполнение 01) и металлическими (исполнение 02) со ступенчатой регулировкой высоты от 1230 мм до 1430 мм через каждые 20 мм.

Костыли могут быть изготовлены как с устройством противоскольжения, так и без него.

Климатическое исполнение костылей У 1.1 по ГОСТ 15150.

Пример записи обозначения костыля при заказе:

Костыль подмышечный деревянный

Костыль КП-01 ТУ 9396-020-42857341-2006.

или

Костыль подмышечный металлический с УПС

Костыль КП-02У ТУ 9396-020-42857341-2006.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для контроля костылей, приведен в приложении Б.

ТУ 9396-020-42857341-2006

Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата	Лит	Лист	Листов
Разраб.		Брежнев	<i>Брежнев</i>	1.10.06	A	2	14
Пров.					ООО «НПФ «Галатея»		
Н. контр.		Музюкин	<i>Музюкин</i>	1.10.06			
Утв.		Матвеев	<i>Матвеев</i>	1.10.06			

Костыли подмышечные
Технические условия

Копировал

Формат

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПФ «ГАЛАТЕЯ»



А. Ю. Карпов

09.06.2018

Извещение 42857341.04-18

об изменении ТУ 9396-020-42857341-2006

КОСТЫЛИ ПОДМЫШЕЧНЫЕ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

(22)					Извещение 42857341.04-18			Обозначение ТУ 9396-020-42857341-2006		
					(1a)	Дата выпуска 09.06.2018	Срок изм. 01.08.2018	Обозначение ПИ (ДПИ, ПР)	Срок действия ПИ	Лист 2
(21)					(4a)	(5a)	—	—	Код —	
					Причина			Продление (снятие ограничения) срока действия, внедрение ОК 034-2014 (КПЕС 2008)		
(20)					Указание о заделе					
					На заделе не отражается					
(19)					Указание о внедрении					
					—					
					Применяемость					
					Разослать					
					Приложение					
					Изм.					
					2					
					Содержание изменения					

Титульный лист

На поле 2 титульного листа заменить код ОКП 93 9670 на код ОКПД 2 32.50.22.128.

На поле 6 титульного листа снять ограничение срока действия технических условий.

ИМЕЕТСЯ:

ДОЛЖНО БЫТЬ:

Срок действия с 28.12.2006 г.

Дата введения 28.12.2006 г.

до 01.08.2018 г.

Без ограничения срока действия

Внесение изменений осуществить зачеркиванием и введением новых данных.

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Составил		Проверил		Т. контроль		Н. контроль		Утвердил		Пре. заказ.	
Брежнев		—		—		Колесников		—		—	
09.06.2018		—		—		09.06.2018		—		—	
Изменения внес				01.08.2018		Контрольную копию исправил					