



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 марта 2023 года № РЗН 2023/19793

На медицинское изделие

Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135 по ТУ 32.50.50-005-48098511-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Подъём"
(ООО "Подъём"), Россия,

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский пр-кт, д. 12Г, оф. 5

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Подъём"
(ООО "Подъём"), Россия,

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский пр-кт, д. 12Г, оф. 5

Место производства медицинского изделия

ООО "Подъём", Россия, 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский пр-кт, д. 12Г

Номер регистрационного досье № РД-46887/92997 от 17.01.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 30.92.20.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 11 листах

приказом Росздравнадзора от 13 марта 2023 года № 1328
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0070890

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19793

Лист 1

На медицинское изделие

Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135 по ТУ 32.50.50-005-48098511-2020, в составе:

I. Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135, в вариантах исполнения:

1. Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135А, в составе:

- 1.1. Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135А (Алюминиевая рама).
- 1.2. Электродвигатель 24 В, 250 Вт - 2 шт. (при необходимости).
- 1.3. Электродвигатель 24 В, 450 Вт - 2 шт. (при необходимости).
- 1.4. Аккумуляторная батарея гелиевая 12 В - до 2 шт.
- 1.5. Крепление АКБ съемное (при необходимости).
- 1.6. Крепление АКБ не съемное (при необходимости).
- 1.7. Подножка складывающаяся не съемная (при необходимости).
- 1.8. Подножка левая съемная и регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости).
- 1.9. Подножка правая съемная и регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости).
- 1.10. Опора стопы подножки левая регулируемая по углу наклона - 1 шт. (при необходимости).
- 1.11. Опора стопы подножки правая регулируемая по углу наклона - 1 шт. (при необходимости).
- 1.12. Подножка правая регулируемая по углу наклона механически - 1 шт. (при необходимости).
- 1.13. Подножка левая регулируемая по углу наклона механически - 1 шт. (при необходимости).
- 1.14. Подножка правая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 1.15. Подножка левая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 1.16. Подножка правая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 1.17. Подножка левая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 1.18. Регулируемая опора голени левой ноги (по глубине и высоте) - не более 2 шт. (при необходимости).
- 1.19. Регулируемая опора голени правой ноги (по глубине и высоте) - не более 2 шт. (при необходимости).
- 1.20. Подушка сиденья из прочного нейлона поддающееся санитарной обработке, стойкое к самовозгоранию (при необходимости).
- 1.21. Подушка сиденья анатомическая - не более 3 шт. (при необходимости).
- 1.22. Подушка сиденья не пропускающая органические выделения - не более 3 шт. (при необходимости).
- 1.23. Подушка сиденья противоположная - не более 3 шт. (при необходимости).
- 1.24. Абдуктор подушки сиденья (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0117251

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19793

Лист 2

- 1.25. Поясничный валик спинки сиденья (при необходимости).
- 1.26. Кронштейн для регулировки ширины сидения - не более 2 шт. (при необходимости).
- 1.27. Подлокотник левый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте - 1 шт.
- 1.28. Подлокотник правый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте - 1 шт.
- 1.29. Подголовник, регулируемый по высоте и глубине (при необходимости).
- 1.30. Подголовник регулируемый по высоте и глубине с боковой поддержкой (при необходимости).
- 1.31. Боковая поддержка тела регулируемая по высоте, глубине и ширине (при необходимости).
- 1.32. Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте, сплошная ручка (при необходимости).
- 1.33. Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте отдельные ручки (при необходимости).
- 1.34. Передние колеса цельнолитые - 2 шт. (при необходимости).
- 1.35. Передние колеса накачиваемые - 2 шт. (при необходимости).
- 1.36. Задние колеса цельнолитые - 2 шт. (при необходимости).
- 1.37. Задние колеса накачиваемые - 2 шт. (при необходимости).
- 1.38. Пульт управления (джойстик) под правую руку (при необходимости).
- 1.39. Пульт управления (джойстик) под левую руку (при необходимости).
- 1.40. Пульт управления с расположением на спинке сидения (при необходимости).
- 1.41. Параллельно откидывающийся кронштейн пульта управления (джойстик) (при необходимости).
- 1.42. Каркас для защиты пульта управления от столкновения (при необходимости).
- 1.43. Пульт управления электроприводами подножек (при необходимости).
- 1.44. Механический стояночный тормоз (при необходимости).
- 1.45. Антипрокидыватель - не более 2 шт. (при необходимости).
- 1.46. Инструкция по эксплуатации печатная - 1 экз.
2. Кресло -коляска с электрическим приводом ПОНИ 135С, в составе:
 - 2.1. Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135С (Стальная рама).
 - 2.2. Электродвигатель 24 В, 250 Вт - 2 шт. (при необходимости).
 - 2.3. Электродвигатель 24 В, 450 Вт - 2 шт. (при необходимости).
 - 2.4. Аккумуляторная батарея гелиевая 12 В - до 2 шт.
 - 2.5. Крепление АКБ съемное (при необходимости).
 - 2.6. Крепление АКБ не съемное (при необходимости).
 - 2.7. Подножка складывающаяся не съемная (при необходимости).
 - 2.8. Подножка левая съемная и регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости).
 - 2.9. Подножка правая съемная и регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости).
 - 2.10. Опора стопы подножки левая регулируемая по углу наклона - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0117252

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 марта 2023 года № РЗН 2023/19793

Лист 3

- необходимости).
- 2.11. Опора стопы подножки правая регулируемая по углу наклона - 1 шт. (при необходимости).
- 2.12. Подножка правая регулируемая по углу наклона механически - 1 шт. (при необходимости).
- 2.13. Подножка левая регулируемая по углу наклона механически - 1 шт. (при необходимости).
- 2.14. Подножка правая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 2.15. Подножка левая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 2.16. Подножка правая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 2.17. Подножка левая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 2.18. Регулируемая опора голени левой ноги (по глубине и высоте) - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.19. Регулируемая опора голени правой ноги (по глубине и высоте) - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.20. Подушка сиденья из прочного нейлона поддающееся санитарной обработке, стойкое к самовозгоранию (при необходимости).
- 2.21. Подушка сиденья анатомическая - не более 3 шт. (при необходимости).
- 2.22. Подушка сиденья не пропускающая органические выделения) - не более 3 шт. (при необходимости).
- 2.23. Подушка сиденья противопрележная - не более 3 шт. (при необходимости).
- 2.24. Абдуктор подушки сиденья (при необходимости).
- 2.25. Поясничный валик спинки сиденья (при необходимости).
- 2.26. Кронштейн для регулировки ширины сидения не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.27. Подлокотник левый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте - 1 шт.
- 2.28. Подлокотник правый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте - 1 шт.
- 2.29. Подголовник, регулируемый по высоте и глубине (при необходимости).
- 2.30. Подголовник регулируемый по высоте и глубине с боковой поддержкой (при необходимости).
- 2.31. Боковая поддержка тела регулируемая по высоте, глубине и ширине (при необходимости).
- 2.32. Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте, сплошная ручка (при необходимости).
- 2.33. Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117253

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19793

Лист 4

- высоте отдельные ручки (при необходимости).
- 2.34. Передние колеса цельнолитые - 2 шт. (при необходимости).
 - 2.35. Передние колеса накачиваемые - 2 шт. (при необходимости).
 - 2.36. Задние колеса цельнолитые - 2 шт. (при необходимости).
 - 2.37. Задние колеса накачиваемые - 2 шт. (при необходимости).
 - 2.38. Пульт управления (джойстик) под правую руку (при необходимости).
 - 2.39. Пульт управления (джойстик) под левую руку (при необходимости).
 - 2.40. Пульт управления с расположением на спинке сидения (при необходимости).
 - 2.41. Параллельно откидывающийся кронштейн пульта управления (джойстик) (при необходимости).
 - 2.42. Каркас для защиты пульта управления от столкновения (при необходимости).
 - 2.43. Пульт управления электроприводами подножек (при необходимости).
 - 2.44. Механический стояночный тормоз (при необходимости).
 - 2.45. Антипрокидыватель - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 2.46. Инструкция по эксплуатации печатная - 1 экз.
3. Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135А-1 в составе:
- 3.1. Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135А-1 (Алюминиевая рама).
 - 3.2. Электродвигатель 24 В, 250 Вт - 2 шт. (при необходимости).
 - 3.3. Электродвигатель 24 В, 450 Вт - 2 шт. (при необходимости).
 - 3.4. Аккумуляторная батарея гелиевая 12 В - до 2 шт.
 - 3.5. Крепление АКБ съемное (при необходимости).
 - 3.6. Крепление АКБ не съемное (при необходимости).
 - 3.7. Подножка складывающаяся не съемная (при необходимости).
 - 3.8. Подножка левая съемная и регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.9. Подножка правая съемная и регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.10. Опора стопы подножки левая регулируемая по углу наклона - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.11. Опора стопы подножки правая регулируемая по углу наклона - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.12. Подножка правая регулируемая по углу наклона механически - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.13. Подножка левая регулируемая по углу наклона механически - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.14. Подножка правая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.15. Подножка левая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.16. Подножка правая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.17. Подножка левая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117254

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19793

Лист 5

- 3.18. Регулируемая опора голени левой ноги (по глубине и высоте) - не более 2 шт. (при необходимости).
- 3.19. Регулируемая опора голени правой ноги (по глубине и высоте) - не более 2 шт. (при необходимости).
- 3.20. Подушка сиденья из прочного нейлона поддающееся санитарной обработке, стойкое к самовозгоранию (при необходимости).
- 3.21. Подушка сиденья анатомическая - не более 3 шт. (при необходимости).
- 3.22. Подушка сиденья не пропускающая органические выделения) - не более 3 шт. (при необходимости).
- 3.23. Подушка сиденья противопролежневая - не более 3 шт. (при необходимости).
- 3.24. Абдуктор подушки сиденья (при необходимости).
- 3.25. Поясничный валик спинки сиденья (при необходимости).
- 3.26. Подлокотник левый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте - 1 шт.
- 3.27. Подлокотник правый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте - 1 шт.
- 3.28. Подголовник, регулируемый по высоте и глубине (при необходимости).
- 3.29. Подголовник регулируемый по высоте и глубине с боковой поддержкой (при необходимости).
- 3.30. Боковая поддержка тела регулируемая по высоте, глубине и ширине (при необходимости).
- 3.31. Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте, сплошная ручка (при необходимости).
- 3.32. Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте отдельные ручки (при необходимости).
- 3.33. Передние колеса цельнолитые - 2 шт. (при необходимости).
- 3.34. Передние колеса накачиваемые - 2 шт. (при необходимости).
- 3.35. Задние колеса цельнолитые - 2 шт. (при необходимости).
- 3.36. Задние колеса накачиваемые - 2 шт. (при необходимости).
- 3.37. Пульт управления (джойстик) под правую руку (при необходимости).
- 3.38. Пульт управления (джойстик) под левую руку (при необходимости).
- 3.39. Пульт управления с расположением на спинке сиденья (при необходимости).
- 3.40. Параллельно откидывающийся кронштейн пульта управления (джойстик) (при необходимости).
- 3.41. Каркас для защиты пульта управления от столкновения (при необходимости).
- 3.42. Пульт управления электроприводами подножек (при необходимости).
- 3.43. Механический стояночный тормоз (при необходимости).
- 3.44. Антипрокидыватель - не более 2 шт. (при необходимости).
- 3.45. Инструкция по эксплуатации печатная - 1 экз.
- 3.46. Кронштейн для регулировки угла наклона сиденья механически.
- 3.47. Кронштейн для регулировки высоты сиденья механически.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0117255

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19793

Лист 6

- 3.48. Кронштейн для регулировки длины сиденья механически.
4. Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135С-1, в составе:
- 4.1. Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135С-1 (Стальная рама).
- 4.2. Электродвигатель 24 В, 250 Вт - 2 шт. (при необходимости).
- 4.3. Электродвигатель 24 В, 450 Вт - 2 шт. (при необходимости).
- 4.4. Аккумуляторная батарея гелиевая 12 В - до 2 шт.
- 4.5. Крепление АКБ съемное (при необходимости).
- 4.6. Крепление АКБ не съемное (при необходимости).
- 4.7. Подножка складывающаяся не съемная (при необходимости).
- 4.8. Подножка левая съемная и регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости).
- 4.9. Подножка правая съемная и регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости).
- 4.10. Опора стопы подножки левая регулируемая по углу наклона - 1 шт. (при необходимости).
- 4.11. Опора стопы подножки правая регулируемая по углу наклона - 1 шт. (при необходимости).
- 4.12. Подножка правая регулируемая по углу наклона механически - 1 шт. (при необходимости).
- 4.13. Подножка левая регулируемая по углу наклона механически - 1 шт. (при необходимости).
- 4.14. Подножка правая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 4.15. Подножка левая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 4.16. Подножка правая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 4.17. Подножка левая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 4.18. Регулируемая опора голени левой ноги (по глубине и высоте) - не более 2 шт. (при необходимости).
- 4.19. Регулируемая опора голени правой ноги (по глубине и высоте) - не более 2 шт. (при необходимости).
- 4.20. Подушка сиденья из прочного нейлона поддающееся санитарной обработке, стойкое к самовозгоранию (при необходимости).
- 4.21. Подушка сиденья анатомическая - не более 3 шт. (при необходимости).
- 4.22. Подушка сиденья не пропускающая органические выделения - не более 3 шт. (при необходимости).
- 4.23. Подушка сиденья противоположная - не более 3 шт. (при необходимости).
- 4.24. Абдуктор подушки сиденья (при необходимости).
- 4.25. Поясничный валик спинки сиденья (при необходимости).
- 4.26. Подлокотник левый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117256

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19793

Лист 7

- 4.27. Подлокотник правый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте - 1 шт.
- 4.28. Подголовник, регулируемый по высоте и глубине (при необходимости).
- 4.29. Подголовник регулируемый по высоте и глубине с боковой поддержкой (при необходимости).
- 4.30. Боковая поддержка тела регулируемая по высоте, глубине и ширине (при необходимости).
- 4.31. Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте, сплошная ручка (при необходимости).
- 4.32. Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте отдельные ручки (при необходимости).
- 4.33. Передние колеса цельнолитые - 2 шт. (при необходимости).
- 4.34. Передние колеса накачиваемые - 2 шт. (при необходимости).
- 4.35. Задние колеса цельнолитые - 2 шт. (при необходимости).
- 4.36. Задние колеса накачиваемые - 2 шт. (при необходимости).
- 4.37. Пульт управления (джойстик) под правую руку (при необходимости).
- 4.38. Пульт управления (джойстик) под левую руку (при необходимости).
- 4.39. Пульт управления с расположением на спинке сидения (при необходимости).
- 4.40. Параллельно откидывающийся кронштейн пульта управления (джойстик) (при необходимости).
- 4.41. Каркас для защиты пульта управления от столкновения (при необходимости).
- 4.42. Пульт управления электроприводами подножек (при необходимости).
- 4.43. Механический стояночный тормоз (при необходимости).
- 4.44. Антипрокидыватель - не более 2 шт. (при необходимости).
- 4.45. Инструкция по эксплуатации печатная - 1 экз.
- 4.46. Кронштейн для регулировки угла наклона сиденья механически.
- 4.47. Кронштейн для регулировки высоты сиденья механически.
- 4.48. Кронштейн для регулировки длины сиденья механически.
5. Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135А-2, в составе:
 - 5.1. Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135А-2 (Алюминиевая рама).
 - 5.2. Электродвигатель 24 В, 250 Вт - 2 шт. (при необходимости).
 - 5.3. Электродвигатель 24 В, 450 Вт - 2 шт. (при необходимости).
 - 5.4. Аккумуляторная батарея гелиевая 12 В - до 2 шт.
 - 5.5. Крепление АКБ съемное (при необходимости).
 - 5.6. Крепление АКБ не съемное (при необходимости).
 - 5.7. Подножка складывающаяся не съемная (при необходимости).
 - 5.8. Подножка левая съемная и регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости).
 - 5.9. Подножка правая съемная и регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости).
 - 5.10. Опора стопы подножки левая регулируемая по углу наклона - 1 шт. (при необходимости).
 - 5.11. Опора стопы подножки правая регулируемая по углу наклона - 1 шт. (при

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0117257

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19793

Лист 8

- необходимости).
- 5.12. Подножка правая регулируемая по углу наклона механически - 1 шт. (при необходимости).
- 5.13. Подножка левая регулируемая по углу наклона механически - 1 шт. (при необходимости).
- 5.14. Подножка правая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 5.15. Подножка левая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 5.16. Подножка правая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 5.17. Подножка левая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
- 5.18. Регулируемая опора голени левой ноги (по глубине и высоте) - не более 2 шт. (при необходимости).
- 5.19. Регулируемая опора голени правой ноги (по глубине и высоте) - не более 2 шт. (при необходимости).
- 5.20. Подушка сиденья из прочного нейлона поддающееся санитарной обработке, стойкое к самовозгоранию (при необходимости).
- 5.21. Подушка сиденья анатомическая - не более 3 шт. (при необходимости).
- 5.22. Подушка сиденья не пропускающая органические выделения) - не более 3 шт. (при необходимости).
- 5.23. Подушка сиденья противопрележневая - не более 3 шт. (при необходимости).
- 5.24. Абдуктор подушки сиденья (при необходимости).
- 5.25. Поясничный валик спинки сиденья (при необходимости).
- 5.26. Подлокотник левый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте - 1 шт.
- 5.27. Подлокотник правый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте - 1 шт.
- 5.28. Подголовник, регулируемый по высоте и глубине (при необходимости).
- 5.29. Подголовник регулируемый по высоте и глубине с боковой поддержкой (при необходимости).
- 5.30. Боковая поддержка тела регулируемая по высоте, глубине и ширине (при необходимости).
- 5.31. Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте, сплошная ручка (при необходимости).
- 5.32. Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте отдельные ручки (при необходимости).
- 5.33. Передние колеса цельнолитые - 2 шт. (при необходимости).
- 5.34. Передние колеса накачиваемые - 2 шт. (при необходимости).
- 5.35. Задние колеса цельнолитые - 2 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117258

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19793

Лист 9

- 5.36. Задние колеса накачиваемые - 2 шт. (при необходимости).
5.37. Пульт управления (джойстик) под правую руку (при необходимости).
5.38. Пульт управления (джойстик) под левую руку (при необходимости).
5.39. Пульт управления с расположением на спинке сидения (при необходимости).
5.40. Параллельно откидывающийся кронштейн пульта управления (джойстик) (при необходимости).
5.41. Каркас для защиты пульта управления от столкновения (при необходимости).
5.42. Пульт управления электроприводами подножек, сиденья и спинки (при необходимости).
5.43. Механический стояночный тормоз (при необходимости).
5.44. Антипрокидыватель - не более 2 шт. (при необходимости).
5.45. Инструкция по эксплуатации печатная - 1 экз.
5.46. Система регулировки угла наклона сиденья электрически.
5.47. Система регулировки угла наклона спинки электрически.
6. Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135С-2, в составе:
6.1. Кресло-коляска с электрическим приводом ПОНИ 135С-2 (Стальная рама).
6.2. Электродвигатель 24 В, 250 Вт - 2 шт. (при необходимости).
6.3. Электродвигатель 24 В, 450 Вт - 2 шт. (при необходимости).
6.4. Аккумуляторная батарея гелиевая 12 В - до 2 шт.
6.5. Крепление АКБ съемное (при необходимости).
6.6. Крепление АКБ не съемное (при необходимости).
6.7. Подножка складывающаяся не съемная (при необходимости).
6.8. Подножка левая съемная и регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости).
6.9. Подножка правая съемная и регулируемая по высоте - 1 шт. (при необходимости).
6.10. Опора стопы подножки левая регулируемая по углу наклона - 1 шт. (при необходимости).
6.11. Опора стопы подножки правая регулируемая по углу наклона - 1 шт. (при необходимости).
6.12. Подножка правая регулируемая по углу наклона механически - 1 шт. (при необходимости).
6.13. Подножка левая регулируемая по углу наклона механически - 1 шт. (при необходимости).
6.14. Подножка правая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
6.15. Подножка левая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
6.16. Подножка правая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
6.17. Подножка левая регулируемых по углу наклона электрически - 1 шт. (при необходимости).
6.18. Регулируемая опора голени левой ноги (по глубине и высоте) - не более 2 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117259

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19793

Лист 10

- (при необходимости).
- 6.19. Регулируемая опора голени правой ноги (по глубине и высоте) - не более 2 шт.
(при необходимости).
- 6.20. Подушка сиденья из прочного нейлона поддающееся санитарной обработке, стойкое к самовозгоранию (при необходимости).
- 6.21. Подушка сиденья анатомическая - не более 3 шт. (при необходимости).
- 6.22. Подушка сиденья не пропускающая органические выделения) - не более 3 шт.
(при необходимости).
- 6.23. Подушка сиденья противопролежневая - не более 3 шт. (при необходимости).
- 6.24. Абдуктор подушки сиденья (при необходимости).
- 6.25. Поясничная валик спинки сиденья (при необходимости).
- 6.26. Подлокотник левый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте - 1 шт.
- 6.27. Подлокотник правый с экраном, съемный, откидной, регулируемый по длине и высоте - 1 шт.
- 6.28. Подголовник, регулируемый по высоте и глубине (при необходимости).
- 6.29. Подголовник регулируемый по высоте и глубине с боковой поддержкой (при необходимости).
- 6.30. Боковая поддержка тела регулируемая по высоте, глубине и ширине (при необходимости).
- 6.31. Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте, сплошная ручка (при необходимости).
- 6.32. Спинка сиденья с механической регулировкой угла наклона, регулируемая по высоте отдельные ручки (при необходимости).
- 6.33. Передние колеса цельнолитые - 2 шт. (при необходимости).
- 6.34. Передние колеса накачиваемые - 2 шт. (при необходимости).
- 6.35. Задние колеса цельнолитые - 2 шт. (при необходимости).
- 6.36. Задние колеса накачиваемые - 2 шт. (при необходимости).
- 6.37. Пульт управления (джойстик) под правую руку (при необходимости).
- 6.38. Пульт управления (джойстик) под левую руку (при необходимости).
- 6.39. Пульт управления с расположением на спинке сиденья (при необходимости).
- 6.40. Параллельно откидывающийся кронштейн пульта управления (джойстик) (при необходимости).
- 6.41. Каркас для защиты пульта управления от столкновения (при необходимости).
- 6.42. Пульт управления электроприводами подножек, сиденья и спинки (при необходимости).
- 6.43. Механический стояночный тормоз (при необходимости).
- 6.44. Антипрокидыватель - не более 2 шт. (при необходимости).
- 6.45. Инструкция по эксплуатации печатная - 1 экз.
- 6.46. Система регулировки угла наклона сиденья электрически.
- 6.47. Система регулировки угла наклона спинки электрически.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0117260

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 марта 2023 года

№ РЗН 2023/19793

Лист 11

II. Принадлежности:

1. Ремень фиксации стоп ног - не более 10 шт.
2. Ремень фиксации пятки - не более 10 шт.
3. Ремень фиксации голеней ног - не более 10 шт.
4. Ремень фиксации рук на подлокотниках - не более 10 шт.
5. Зарядное устройство - 1 шт.
6. Чехол для транспортировки - 1 шт.
7. Насос - 1 шт.
8. Набор ключей, в составе:
 - 8.1. Отвертка крестовая.
 - 8.2. Гаечный ключ № 10/13.
 - 8.3. Ключ шестигранный № 4.
 - 8.4. Ключ шестигранный № 5.
 - 8.5. Ключ шестигранный № 6.

z

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0117261