

ОКП 93 9679  
ОКП 93 9619

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель  
испытательного центра  
«ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»

  
Н.П. Шандрова  
Для документов  
«12» 05 2010г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО НПФ «Галатея»

  
А.Ю. Карпов  
«12» 05 2010г.



НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

**ПОРУЧНИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

Технические условия

ТУ 9396-025-42857341-2010

Введены впервые

Срок действия с «12» 05.2010  
до «12» 05.2015  
до 01.07.2025

2010

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.

Настоящие технические условия распространяются на поручни для жилых помещений (далее «поручни»), предназначенные для дополнительной опоры при перемещении и самообслуживании людей с ограничением жизнедеятельности.

В зависимости от потенциального риска применения поручни относятся к классу 1 по ГОСТ Р 51609.

Поручни изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Поручни могут иметь различную конфигурацию в зависимости от используемых типовых элементов конструкции. Перечень типовых элементов конструкции поручней приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование элемента	Обозначение	Типоразмер
Зажим прямой	1.1-1	
Зажим угловой глухой	1.1-2	
Зажим угловой сквозной	1.1-3	
Зажим тройной	1.1-4	
Фланец	1.2-1	L=37 мм,
Фланец	1.2-2	L=71 мм
Труба прямая без проточек	1.3.1-1	L до 1800 мм, d от 20 до 30 мм
Труба прямая с одной проточкой	1.3.1-2	L до 1800 мм, d от 20 до 30 мм
Труба прямая с двумя проточками	1.3.1-3	L до 1800 мм, d от 20 до 30 мм
Труба изогнутая без проточек	1.3.2-1	L до 1500 мм, d от 20 до 30 мм
Труба изогнутая с одной проточкой	1.3.2-2	L до 1500 мм, d от 20 до 30 мм
Труба изогнутая с двумя проточками	1.3.2-3	L до 1500 мм, d от 20 до 30 мм

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ, приведен в Приложении А.

Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для контроля изделий, приведен в Приложении В.

Пример записи поручня при заказе и в документации на другие изделия: Поручень ТУ 9396-025-42857341-2010.

ТУ 9396-025-42857341-2010

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Брежнев		<i>БЖ</i>	1.04.10
Пров.				
Н.контр	Музюкин		<i>ММ</i>	1.04.10
Утв.	Матвеев		<i>ММ</i>	1.04.10

Поручни для жилых помещений  
Технические условия

Лит.	Лист	Листов
А	2	16

ООО «НПФ «Галатhea»

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель  
ООО «Энергия плюс»

Н.П. Шандова

«13»

2015 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО «НПО «Галатея»

А.Ю. Карпов

2015 г.



**ИЗВЕЩЕНИЕ 42857341.03-15**

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТУ 9396-025-42857341-2010**

**Поручни для жилых помещений**

Име. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инд. № дубл.	

## ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ООО «НПФ «ГАЛАТЕЯ»		ИЗВЕЩЕНИЕ 42857341.03-15	ОБОЗНАЧЕНИЕ ТУ 9396-025-42857341-2010		
ДАТА ВЫПУСКА		СРОК ИЗМ.		Лист	Листов
22.06.2015		01.07.2015		2	2
ПРИЧИНА		Продление срока действия			
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		Не отражается			
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		_____			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ		На применяемости не отражается			
РАЗОСЛАТЬ		_____			
ПРИЛОЖЕНИЕ		_____			
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ				
1	<p style="text-align: center;"><b>Титульный лист</b></p> <p style="text-align: center;">Заменить «Срок действия до 12.05.2015» на «Срок действия до 01.07.2025»</p> <p style="text-align: center;">Заменить ОКП 93 9679 на ОКП 93 9619</p> <hr style="width: 80%; margin: 10px auto;"/> <p style="text-align: center;">Внесение изменений произвести зачеркиванием.</p>				
СОСТАВИЛ	Брежнев	<i>[подпись]</i>	26.06.15	Н.КОНТРОЛЬ	Музюкин
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС		Брежнев <i>[подпись]</i> 13.07.15			