



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 29 декабря 2018 года № РЗН 2018/8002

На медицинское изделие  
Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости DYNAMO,  
с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
"Отикон А/С", Дания,  
Oticon A/S, Kongebakken 9, 2765 Smørum, Denmark

Производитель  
"Отикон А/С", Дания,  
Oticon A/S, Kongebakken 9, 2765 Smørum, Denmark

Место производства медицинского изделия  
DGS Poland Sp. z o.o., ul. Lubieszynska 59, Mierzyn, 72-006 Szczecin, Poland

Номер регистрационного досье № РД-22127/19817 от 14.05.2018

Вид медицинского изделия 228560

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 26.60.14.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 29 декабря 2018 года № 9195  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0041378

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 декабря 2018 года № РЗН 2018/8002

Лист 1

На медицинское изделие

**Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости DYNAMO, с принадлежностями:**

I. Варианты исполнения:

1. Исполнение DYNAMO SP4 BTE 13 WL 110, в составе:

1.1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости DYNAMO SP4 BTE 13 WL 110 - 1 шт.

1.2. Набор маркеров (синий, красный) - 1 шт. (при необходимости).

1.3. Переходник для аудио AP900 - 1 шт. (при необходимости).

1.4. Пульт дистанционного управления ConnectLine Streamer - 1 шт. (при необходимости).

1.5. Адаптер для слухового аппарата ConnectLine TV Adapter - 1 шт. (при необходимости).

1.6. Адаптер для слухового аппарата ConnectLine Phone Adapter - 1 шт. (при необходимости).

1.7. Выносной микрофон для слухового аппарата ConnectLine Microphone - 1 шт. (при необходимости).

1.8. Ресивер R12 - 1 шт. (при необходимости).

1.9. Программа для настройки слуховых аппаратов Oticon Genie 2015.2 (при необходимости).

1.10. Магнит для телефона - 1 шт. (при необходимости).

1.11. Насадка для программирования Module Programming BTE/RITE аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).

1.12. Инструкция по эксплуатации.

2. Исполнение DYNAMO SP6 BTE 13 WL 110, в составе:

2.1. Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости DYNAMO SP6 BTE 13 WL 110 - 1 шт.

2.2. Набор маркеров (синий, красный) - 1 шт. (при необходимости).

2.3. Переходник для аудио AP900 - 1 шт. (при необходимости).

2.4. Пульт дистанционного управления ConnectLine Streamer - 1 шт. (при необходимости).

2.5. Адаптер для слухового аппарата ConnectLine TV Adapter - 1 шт. (при необходимости).

2.6. Адаптер для слухового аппарата ConnectLine Phone Adapter - 1 шт. (при необходимости).

2.7. Выносной микрофон для слухового аппарата ConnectLine Microphone - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 декабря 2018 года № РЗН 2018/8002

Лист 2

- необходимости).
- 2.8. Ресивер R12 - 1 шт. (при необходимости).
- 2.9. Программа для настройки слуховых аппаратов Oticon Genie 2015.2 (при необходимости).
- 2.10. Магнит для телефона - 1 шт. (при необходимости).
- 2.11. Насадка для программирования Module Programming BTE/RITE аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
- 2.12. Инструкция по эксплуатации.
3. Исполнение DYNAMO SP8 BTE 13 WL 110, в составе:
- 3.1. Аппарат слуховой заушной воздушной проводимости DYNAMO SP8 BTE 13 WL 110 - 1 шт.
- 3.2. Набор маркеров (синий, красный) - 1 шт. (при необходимости).
- 3.3. Переходник для аудио AP900 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.4. Пульт дистанционного управления ConnectLine Streamer - 1 шт. (при необходимости).
- 3.5. Адаптер для слухового аппарата ConnectLine TV Adapter - 1 шт. (при необходимости).
- 3.6. Адаптер для слухового аппарата ConnectLine Phone Adapter - 1 шт. (при необходимости).
- 3.7. Выносной микрофон для слухового аппарата ConnectLine Microphone - 1 шт. (при необходимости).
- 3.8. Ресивер R12 - 1 шт. (при необходимости).
- 3.9. Программа для настройки слуховых аппаратов Oticon Genie 2015.2 (при необходимости).
- 3.10. Магнит для телефона - 1 шт. (при необходимости).
- 3.11. Насадка для программирования Module Programming BTE/RITE аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).
- 3.12. Инструкция по эксплуатации.
4. Исполнение DYNAMO SP10 BTE 13 WL 110, в составе:
- 4.1. Аппарат слуховой заушной воздушной проводимости DYNAMO SP10 BTE 13 WL 110-1 шт.
- 4.2. Набор маркеров (синий, красный) - 1 шт. (при необходимости).
- 4.3. Переходник для аудио AP900 - 1 шт. (при необходимости).
- 4.4. Пульт дистанционного управления ConnectLine Streamer - 1 шт. (при необходимости).
- 4.5. Адаптер для слухового аппарата ConnectLine TV Adapter - 1 шт. (при

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**М.А. Мурашко**

0052263

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 29 декабря 2018 года № РЗН 2018/8002

Лист 3

необходимости).

4.6. Адаптер для слухового аппарата ConnectLine Phone Adapter - 1 шт. (при необходимости).

4.7. Выносной микрофон для слухового аппарата ConnectLine Microphone - 1 шт. (при необходимости).

4.8. Ресивер R12 - 1 шт. (при необходимости).

4.9. Программа для настройки слуховых аппаратов Oticon Genie 2015.2 (при необходимости).

4.10. Магнит для телефона - 1 шт. (при необходимости).

4.11. Насадка для программирования Module Programming BTE/RITE аппарата слухового - 1 шт. (при необходимости).

4.12. Инструкция по эксплуатации.

II. Принадлежности:

1. Салфетка для протирки слухового аппарата.

2. Чехол для повседневного использования.

3. Инструмент для чистки аппарата слухового - 1 шт.

4. Контейнер пластиковый для аппарата слухового - 1 шт.

5. Крышка батарейного отсека с защитой от непреднамеренного открытия - 1 шт.

И

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0052264